柱后衍生-高效液相色谱法测定玉米中伏马菌素 B₁ 和 B₂

张晓旭¹, 肖志勇², 张红艳^{3,4}, 杨丽丽¹, 马丽艳^{1,4*}

(1. 中国农业大学食品科学与营养工程学院, 北京 100083; 2. 北京市农业环境监测站, 北京 100029;
3. 中国农业大学理学院, 北京 100193; 4. 农业部农产品质量监督检验测试中心, 北京 100083)

摘要:建立了邻苯二甲醛(OPA)柱后衍生-高效液相色谱测定玉米中伏马菌素 B₁ 和 B₂ (FB₁ 和 FB₂) 的方法。采用 ZORBAX SB-C₁₈ 色谱柱,以 0.1 mol/L 磷酸二氢钠溶液(pH 3.3)-甲醇为流动相,梯度洗脱。流动相流速为 0.8 mL/min,柱温 40 °C;衍生剂的流速为 0.4 mL/min,衍生温度为室温。实验对衍生剂缓冲液的 pH、衍生剂的浓度和流速、激发和发射波长等重要条件进行了优化。结果表明,衍生剂的 pH 在 10.5、OPA 的质量浓度为 2 g/L、流速为 0.4 mL/min、激发波长 335 nm、发射波长 440 nm 时测定效果良好,FB₁、FB₂ 在 0.2 ~ 20 mg/L 范围内线性关系良好,相关系数大于 0.999;FB₁ 和 FB₂ 的检出限均为 0.02 mg/kg;在 0.1 ~ 4.0 mg/kg 范围内,3 个添加水平的平均回收率为 82.5% ~ 89.8%。该方法精确、简单、快速,适合玉米中 FB₁ 和 FB₂ 的测定。

关键词:高效液相色谱;邻苯二甲醛;柱后衍生;伏马菌素;玉米

中图分类号:O658

文献标识码:A

文章编号:1000-8713(2012)08-0792-06

Determination of fumonisins B₁ and B₂ in corn by high performance liquid chromatography with post-column derivatization method

ZHANG Xiaoxu¹, XIAO Zhiyong², ZHANG Hongyan^{3,4}, YANG Lili¹, MA Liyan^{1,4*}

(1. College of Food Science and Nutritional Engineering, China Agricultural University, Beijing 100083, China;
2. Beijing Agro-Environmental Monitoring Station, Beijing 100029, China; 3. College of Science,
China Agricultural University, Beijing 100193, China; 4. Supervision & Testing Center
for Agricultural Products Quality, Ministry of Agriculture, Beijing 100083, China)

Abstract: A high performance liquid chromatography-fluorescence detection with post-column derivatization method was developed to detect fumonisin B₁ (FB₁) and fumonisin B₂ (FB₂) in corn. Several factors, such as the pH of derivatization buffer, concentration and flow rate of derivatization reagents, excitation wavelength, emission wavelength, which affected the detection of fumonisins were optimized. The separation was performed on a ZORBAX SB C₁₈ column operated at 40 °C with the gradient elution by two mobile phases of 0.1 mol/L sodium dihydrogen phosphate solution (pH 3.3) and methanol at a flow rate of 0.8 mL/min. The derivatization was performed at ambient temperature. The o-phthalaldehyde (OPA) flow rate was 0.4 mL/min. The results showed that the optimum conditions were pH 10.5 of the derivatization reagent, OPA concentration at 2 g/L, and excitation wavelength of 335 nm, emission wavelength of 440 nm. The linear plots of FB₁ and FB₂ were obtained between 0.2 to 20 mg/L, with the correlation coefficients above 0.999 for both FB₁ and FB₂. The limits of detection of fumonisins B₁ and B₂ were 0.02 mg/kg. The mean recoveries at the three spiked levels of 0.1 – 4.0 mg/kg were 82.5% – 89.8%. This method is accurate, simple, rapid and suitable for the determination of fumonisins B₁ and B₂ in corn.

Key words: high performance liquid chromatography (HPLC); o-phthalaldehyde (OPA); post-column derivatization; fumonisins; corn

* 通讯联系人: 马丽艳, 高级实验师, 主要从事食品安全及其检测工作. Tel: (010)62737375, E-mai: lymal203@cau.edu.cn.

基金项目: 农业行业标准制定项目.

收稿日期: 2012-03-25

伏马菌素(fumonisin)是1988年南非 Gelderblom 等^[1]发现的一组结构相似的真菌毒素,主要由串珠镰刀菌(*F. moniliforme*)、多育镰刀菌(*F. proliferatum*)产生,到目前为止已有28种伏马菌素被分离、鉴定^[2],其中以伏马菌素 B₁(FB₁)和伏马菌素 B₂(FB₂)存在最广,毒性最强。伏马菌素可引起马脑白质软化症、猪的肺水肿、对老鼠的肝脏和肾脏造成伤害、诱导癌症的发生,破坏家禽的免疫系统^[3-6]。伏马菌素对人类健康的影响目前尚不清楚,但流行病学调查发现该毒素与人类食道癌、肺癌、神经管畸形的发生率存在某种相关性^[7-9]。国际癌症研究机构已将伏马菌素宣布为“2B”级毒物^[10]。2001年FAO/WHO(Food and Agriculture Organization of the United Nations/World Health Organization)食品添加剂联合专家委员会第56次会议上,临时确立了人体每日允许摄入FB₁、FB₂的最大限量(provisional maximum tolerable daily intake, PMTDI)为2 μg/kg^[11],2007年欧盟规定供人直接食用的玉米及其制品中FB₁和FB₂总和最高限量为1 000 μg/kg,用于早餐和小吃的玉米制品为800 μg/kg,加工的玉米制品及婴儿食品为200 μg/kg^[12]。我国尚未制定食品中伏马菌素的限量标准。因此,建立一种有效的检测方法开展谷物及食品中伏马菌素的监控,对于保障食品安全、制定适宜的限量标准是非常必要的。

伏马菌素的检测方法主要有薄层色谱法(TLC)、气相色谱-质谱联用法(GC-MS)、酶联免疫吸附法(ELISA)^[13]、液相色谱-质谱联用法(LC-MS)^[14]以及高效液相色谱法(HPLC)^[15,16]等。HPLC方法由于操作简单,准确可靠,重复性好,是目前国际上普遍采用的伏马菌素的检测方法^[16,17]。由于伏马菌素分子没有特定的紫外吸收,本身也不产生荧光,应用HPLC时需要衍生后才能进行定性、定量分析。目前HPLC以邻苯二甲醛(*o*-phthalaldehyde, OPA)柱前衍生为主^[16-18],操作简单,反应迅速,但OPA衍生物的荧光强度随着时间延长逐渐降低,对衍生反应时间要求相对较严格,需要在衍生后2 min内进样^[19];相比于柱前衍生,柱后衍生方法有效地克服了检测中荧光反应物稳定性对时间的依赖,消除了基质效应以及杂质的干扰,具有稳定性高、重现性好、操作简便、适用于大量样品的连续检测等优势^[20]。利用OPA柱后衍生测定伏马菌素方法虽有报道^[21],但缺乏对衍生pH值、衍生剂浓度、衍生剂流速等多种柱后衍生影响因素的分析和比较。本文优化了OPA柱后衍生的条件,建立了玉

米中伏马菌素的柱后衍生-高效液相色谱方法,实现了伏马菌素的衍生反应和检测自动化控制,避免了人员操作的误差。结果表明,该方法准确、重现性好,适用于批量样品的检测分析。

1 实验部分

1.1 仪器与试剂

Agilent 1200 高效液相色谱仪,配荧光检测器(Agilent 1200,美国Agilent公司);PCX柱后衍生仪(美国Pickering Laboratories公司);高速万能粉碎机(天津市泰斯特仪器有限公司);IKA T18 组织匀浆机(广州仪科实验室技术有限公司),WH-90A 微型混合器(上海亚荣生化仪器厂);Milli-Q 超纯水仪(美国Millipore公司);固相萃取装置(美国Supelco公司);SAX 固相萃取柱(3 mL, 500 mg;美国Supelco公司);DCY-III 水浴浓缩仪(北京金科精华苑技术研究所);RE52-99 旋转蒸发器(上海亚荣生化仪器厂)。

FB₁ 和 FB₂ 标准品(纯度>98%,Sigma公司);OPA(Fluka公司);β-巯基乙醇(Sigma公司);甲醇、乙腈(HPLC纯,美国Fisher公司);其他试剂为分析纯(北京化学试剂公司)。水为超纯水。

1.2 衍生剂的配制

OPA 稀释液:称取6.11 g 四硼酸钾,用100 mL 10 g/L 氢氧化钾溶液溶解,混匀即得。

OPA 衍生剂:称取0.2 g OPA,用5 mL 甲醇溶解,加入100 mL OPA 稀释液,混匀,加入100 μL β-巯基乙醇,混匀,过0.2 μm 滤膜。

1.3 色谱条件

色谱柱:ZORBAX SB-C₁₈ 柱(150 mm × 4.6 mm, 5 μm;美国Agilent公司);流动相:A相为0.1 mol/L 磷酸二氢钠溶液(用磷酸调pH至3.3);B相为甲醇。梯度洗脱程序:0~2 min, 35% A;2~7 min, 30% A;7~16 min, 20% A;16~18 min, 35% A。流动相流速:0.8 mL/min;进样体积:20 μL;柱温:40 ℃。荧光检测器:激发波长335 nm,发射波长440 nm。衍生反应线圈的体积为100 μL,衍生温度为室温,OPA 衍生剂流速0.4 mL/min。

1.4 样品处理方法

实验所用玉米样品购自北京市集贸市场,用粉碎机粉碎后,过0.45 mm 筛。

样品处理方法参考文献^[16]进行。称取50 g 试样于150 mL 锥形瓶中,准确加入100 mL 甲醇-水溶液(3:1, v/v),用高速匀浆机提取3 min,于4 ℃、5 000 r/min 离心15 min,将上清液过滤至100 mL

烧杯中。吸取 10 mL 玉米样品提取液加入到预先用 5 mL 甲醇、5 mL 甲醇-水(3:1, v/v)活化的 SAX 柱中,待提取液通过 SAX 柱后,依次用 5 mL 甲醇-水(3:1, v/v)、3 mL 甲醇淋洗,最后用 10 mL 乙酸-甲醇溶液(1:99, v/v)进行洗脱,收集洗脱液,并于 50 ℃ 水浴中旋转蒸发至近干,取少量甲醇溶解残留物并转移至样品瓶中,再用少量甲醇分数次冲洗旋转蒸发瓶,同样转移至样品瓶中。将样品瓶置于 50 ℃ 水浴中通氮气吹干,除去洗脱液中的残留乙酸。吹干后的样品在 -18 ℃ 下保存,分析时用 1 mL 的初始流动相溶解,经 0.2 μm 滤膜过滤后,供 HPLC 分析。

2 结果与讨论

2.1 衍生剂的 pH 对灵敏度的影响

OPA 需在碱性条件下与硫醇和一级胺反应生成具有荧光特性的物质,缓冲液的 pH 值对反应的灵敏性有一定的影响。为了确定合适的衍生剂的 pH 值,分别用四硼酸钾和氢氧化钾溶液配制不同 pH 值的四硼酸钾缓冲液,对 2 mg/L 的 FB₁ 标准溶液进行测定。不同缓冲液 pH 对 FB₁ 的峰面积的影响见图 1。从图 1 可发现,随着缓冲液 pH 的升高,FB₁ 衍生产物的峰面积逐渐增加,当 pH 值大于 11 时,峰面积开始下降,且缓冲液的缓冲能力下降。为了获得相对稳定的峰面积,选择缓冲液的 pH 在 10.5 左右。经测定,用 10 g/L 氢氧化钾溶液配制 0.2 mol/L 四硼酸钾的 pH 在 10.5 左右,能满足测定的需要。

图 1 缓冲液 pH 值对 FB₁ 衍生物峰面积的影响

Fig. 1 Effect of pH of derivatization buffer on peak area of FB₁ derivative

In order to optimize the pH for OPA derivatization, adjust the buffer solution by potassium tetraborate and potassium hydroxide.

为了确定流动相 A 的 pH 对衍生效果的影响,用磷酸将流动相 A 的 pH 分别调为 3.0、3.3、3.5、4.0。结果发现,随着流动相 A pH 的提高,FB₁ 和 FB₂ 的保留时间逐渐缩短,峰面积略有增加。然而,随着 pH 增加,FB₁ 与样品杂质峰的分离度降低。因此,实验选择流动相 A 的 pH 为 3.3。

2.2 激发和发射波长的选择

为了确定 FB₁ 和 FB₂ 衍生物的激发波长和发射波长,分别对质量浓度为 2 mg/L 的 FB₁ 和 FB₂ 标准溶液进行波长扫描。参考柱前衍生所采用的激发波长和发射波长,固定发射波长为 440 nm,对激发波长进行扫描,扫描范围为 220 ~ 400 nm, FB₁、FB₂ 的激发波长扫描光谱图见图 2。从图 2 中可以看出 FB₁ 和 FB₂ 的最大激发波长均在 335 nm。固

图 2 (a) FB₁、(b) FB₂ 的激发波长扫描图和 (c) FB₁、(d) FB₂ 的发射波长扫描图

Fig. 2 Excitation wavelength spectra of (a) FB₁, (b) FB₂ and emission wavelength spectra of (c) FB₁, (d) FB₂

The concentrations of FB₁ and FB₂ standard solution were 2 mg/L. Spectra of a and b were obtained by scanning the excitation wavelength scope from 220 to 400 nm under the condition of fixed emission wavelength of 440 nm. Spectra of c and d were obtained by scanning the emission wavelength scope from 340 to 750 nm under the condition of fixed excitation wavelength of 335 nm.

定激发波长为 335 nm,对发射波长进行扫描,扫描范围为 340 ~ 750 nm, FB₁ 和 FB₂ 的发射波长扫描图见图 2。由图 2 中可以看出,FB₁ 和 FB₂ 的最大发射波长为 440 nm。因此实验选择激发波长为 335 nm,发射波长为 440 nm。

2.3 OPA 浓度对测定结果的影响

称取适量的 OPA 用甲醇溶解,加入到 OPA 缓冲体系中,使衍生剂中 OPA 的质量浓度分别为 0.5、1.0、2.0、3.0、4.5 g/L,对质量浓度为 2 mg/L 的 FB₁ 和 FB₂ 混合标准溶液进行色谱分析,结果见图 3。从图 3 中可以看出,随着 OPA 浓度的增加,伏马菌素衍生物的峰面积逐渐增加,从 0.5 到 2.0 g/L 时增加效果非常显著;继续增加 OPA 浓度,峰面积增加速度相对缓慢。同时发现 OPA 浓度升高会导致基线升高,因此本方法选择 OPA 的质量浓度为 2 g/L。

图 3 OPA 浓度对 FB₁、FB₂ 峰面积的影响

Fig. 3 Effect of OPA concentration on peak areas of FB₁、FB₂

Conditions: pH of derivatization buffer, 10.5; flow rate of OPA, 0.4 mL/min.

2.4 衍生剂的流速对衍生反应的影响

柱后衍生的效果与衍生剂的流速关系密切。为了获得较好的衍生效果,将流动相的流速设为 0.8 mL/min,调整衍生剂的流速分别为 0.3、0.4、0.5、0.6 mL/min,对质量浓度为 2 mg/L 的 FB₁ 和 FB₂ 混合标准溶液进行色谱分析,结果见图 4。从图 4 中可以看出,随着衍生剂流速的增加,FB₁ 和 FB₂ 峰面积逐渐提高。这可能是由于衍生剂在低流速时,单位时间内与样品中伏马菌素发生反应的 OPA 数量较少,生成的荧光产物相对较少,荧光强度较低;随着衍生剂流速的增加,单位时间内与样品反应的 OPA 数量增加,峰面积也随之增加。然而,随着流速的增加,一方面使衍生体系泵的压力会逐渐增加,噪声提高;另一方面会造成衍生剂的浪费。因此,实验选择衍生剂的流速为 0.4 mL/min。

图 4 衍生剂的流速对 FB₁、FB₂ 峰面积的影响

Fig. 4 Effect of flow rate of OPA on peak areas of FB₁ and FB₂

Conditions: pH of derivatization buffer, 10.5; mass concentration of OPA, 2 g/L.

2.5 不同溶剂对分离效果的影响

分别用甲醇、乙腈-水(1/1, v/v)和初始流动相配制 1 mg/L 的 FB₁ 和 FB₂ 混合标准溶液进行色谱分析,不同溶剂对伏马菌素分离效果的影响见图 5。从图 5 可以看出,不同溶剂对 FB₁ 和 FB₂ 的分离度、响应值有一定的影响,尤其对 FB₁ 的影响较大。以流动相作为溶剂时,色谱分离效果好,响应值最强;以甲醇为溶剂时响应值最低。因此实验选择用初始流动相溶解标准溶液和样品。标准溶液和玉米样品的色谱图见图 6。

图 5 不同溶剂溶解样品对 FB₁、FB₂ 分离效果的影响

Fig. 5 Effect of different solvents for FB₁ and FB₂ separation

2.6 线性范围、检出限、准确度和精密度

分别测定用初始流动相配制的质量浓度为 0.2、0.5、1.0、2.0、5.0、10、20 mg/L 的 FB₁、FB₂ 混合标准溶液,以各分析物的质量浓度(x)为横坐标、色谱峰面积(y)为纵坐标进行回归分析,得到的 FB₁ 的线性方程为 $y = 25.153x - 1.7061$,相关系数为 0.9999; FB₂ 的线性方程为 $y = 25.882x - 0.4238$,相关系数为 0.9998。以信噪比(S/N)为 3 求得 FB₁、FB₂ 的检出限均为 0.02 mg/kg。

图 6 (a) 标准溶液和 (b) 玉米样品的色谱图
Fig. 6 Chromatograms of (a) standard solution and (b) a corn sample

将玉米样品分成 2 份,1 份中不添加 FB_1 、 FB_2 作为空白样品测定;1 份中分别添加 0.1、1.0、4.0 mg/kg 的 FB_1 和 0.1、0.5、2.0 mg/kg 的 FB_2 ,按样品处理方法提取、分析。玉米样品中伏马菌素的加标回收率和精密度(以相对标准偏差(RSD)计)测定结果见表 1。结果显示, FB_1 的回收率为 82.5%~88.0%,RSD 为 3.6%~5.3%; FB_2 的回收率为 83.0%~89.8%,RSD 为 3.2%~5.6%。

表 1 玉米样品中伏马菌素的加标回收率和精密度
Table 1 Recoveries and precisions (RSDs) of fumonisins spiked in a corn sample ($n=6$)

Compound	Background/ (mg/kg)	Spiked/ (mg/kg)	Found/ (mg/kg)	Recovery/ %	RSD/ %
FB_1	nd	0.1	0.0825	82.5	3.9
	nd	1.0	0.837	83.7	3.6
	nd	4.0	3.52	88.0	5.3
FB_2	nd	0.1	0.0830	83.0	3.2
	nd	0.5	0.449	89.8	3.5
	nd	2.0	1.72	86.0	5.6

nd: not detected.

2.7 玉米样品分析

按照上述优化方法测定了 10 个玉米样品,结果见表 2。通过检测发现,10 个样品中有 7 个样品含有伏马菌素,阳性率为 70%;从组成上看,玉米中 FB_1 的含量高于 FB_2 ,这与 Rheeder 等^[2]的报道相符合。他们认为在玉米或大米的培养物中 FB_1 占整个伏马菌素的 70%~80%, FB_2 为 15%~25%。从含量上看,有 3 个样品的含量超过了 1 mg/kg ,其中 1 个样品中的含量达到了 4.09 mg/kg 。上述结果

说明,本方法可以用于玉米中伏马菌素的检测,同时也提示我国玉米中伏马菌素的安全性不容乐观,加强对玉米中伏马菌素的监控对保护消费者健康具有重要的意义。

表 2 10 个玉米样品中 FB_1 和 FB_2 的含量
Table 2 Contents of FB_1 and FB_2 in 10 corn samples

Sample	Content of FB_1 / (mg/kg)	Content of FB_2 / (mg/kg)	Total content of FB_1 and FB_2 / (mg/kg)
1	3.27	0.821	4.09
2	0.0633	nd	0.0633
3	nd	nd	nd
4	1.42	0.205	1.62
5	nd	nd	nd
6	0.314	0.0468	0.361
7	0.526	0.107	0.633
8	0.285	0.0659	0.351
9	0.291	0.779	1.07
10	nd	nd	nd
Mean	0.0617	0.202	0.819

nd: not detected.

3 结论

本实验建立了 OPA 柱后衍生-高效液相色谱测定玉米中 FB_1 、 FB_2 的方法。与柱前衍生相比,柱后衍生反应由衍生装置控制,有效地保证了衍生时间的精确控制,消除了柱前衍生法普遍存在的受人为因素影响的弊端,具有稳定性高、重现性好、操作简便、适用于大量样品连续检测等优势,为食品中伏马菌素的检测提供了新的方法和思路。

参考文献:

[1] Gelderblom W C A, Jaskiewicz K, Marasas W F O, et al. J Appl Environ Microbiol, 1988, 54(7): 1806

[2] Rheeder J P, Marasas W F O, Vismer H F. J Appl Environ Microbiol, 2002, 68(5): 2101

[3] Ross P F, Ledet A E, Owens D L, et al. J Vet Diagn Invest, 1993, 5(1): 69

[4] Milicević D R, Škrinjar M, Baltić T. Toxins, 2010, 2(4): 572

[5] Voss K A, Smith G W, Haschek W M. Anim Feed Sci Tech, 2007, 137(3): 299

[6] Bouhet S, Oswald I P. Mol Nutr Food RES, 2007, 51(8): 925

[7] Odhav B, Adam J K, Bhoola K D. Int Immunopharmacol, 2008, 8(6): 799

[8] Stockmann-Juvala H, Savolainen K. Hum Exp Toxicol, 2008, 27(11): 799

[9] Yazar S, Omurtag G Z. Int J Mol Sci, 2008, 9(11): 2062

[10] Munkvold G P, Desjardins A E. Plant Dis, 1997, 81(6): 556

[11] Food and Agriculture Organization of the United Nations and World Health Organization. Fifty-sixth Report of the

Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. [2012-03-26]. <http://www.who.int/foodsafety/chem/jecfa/publications/reports/en/index.html>

[12] Commission Regulation (EC) No. 1126/2007. Off J Eur Union, 2007, 50(L255): 14

[13] Quan W Y, Gu J. Chinese Journal of Health Laboratory Technology (权伍英, 谷晶. 中国卫生检验杂志), 2010, 20(4): 948

[14] Dall'Asta C, Galaverna G, Aureli G, et al. World Mycotoxin J, 2008, 1(3): 237

[15] Silva L, Fernández-Franzón M, Font G, et al. Food Chem, 2009, 112(4): 1031

[16] BS EN 13585-2002

[17] SN/T 1572-2005

[18] De Girolamo A, Fauw D P, Sizoo E, et al. World Mycotoxin J, 2010, 3(2): 135

[19] Sydenham E W, Shephard G S, Thiel P G. J Assoc Off Anal Chem, 1992, 75(2): 313

[20] Muscarella M, Magro S L, Nardiello D, et al. J Chromatogr A, 2008, 1203(1): 88

[21] Akiyama H, Uraroongroj M, Miyahara M, et al. Mycopathologia, 1997, 140(3): 157

2013 年《岩矿测试》征订启事

国内统一刊号: CN11-2131/TD
国际 CODEN: YACEEK
国外发行代号: BM4089

国际标准刊号: ISSN 0254-5357
国内邮发代号: 2-313
京西工商广字第 0227 号

《岩矿测试》1982 年创刊,是中国地质学会岩矿测试技术专业委员会和国家地质实验测试中心共同主办的学术期刊。是中国唯一的地质分析测试专业期刊,曾获国家级优秀科技期刊三等奖,地质矿产部优秀科技期刊一等奖,北京市科技期刊四通杯全优期刊奖,中国科协优秀学术期刊三等奖。

《岩矿测试》是中文核心期刊(“地质学”类),中国科技核心期刊,中国期刊方阵双效期刊。2010 年度的影响因子为 1.280,在 1998 种中国科技核心期刊中排名第 61 位,在 32 种地质科学类期刊中排名第 8 位。被美国《化学文摘》、俄罗斯《文摘杂志》、美国《剑桥科学文摘》、美国《乌利希期刊指南》、英国《皇家化学学会》系列文摘的《分析文摘》和《质谱学通报-增补》、波兰《哥白尼索引》、《中国科学引文数据库》(CSCD)、《中国期刊网》(CNKI)、《中文科技期刊全文数据库》、《万方数据——科技化期刊群》等 18 家国内外数据库和文摘收录。

《岩矿测试》以国家需求为导向,坚持地质实验技术创新、面向应用、服务基层的方针和基本定位。以发表优秀的地质与地球化学分析研究成果为核心目标,报道国内外地质科学、环境保护、石油化工、冶金、煤炭及其相关领域的基础性、前瞻性和创新性研究成果,关注地学领域中的热点问题及边缘学科,促进我国分析测试技术的发展。注重学术的参考价值,追求技术创新方法实用,研究思路和写作内涵能够给读者启迪与借鉴。本刊适合于地质、冶金、环保、石油、化工、煤炭等行业从事分析测试的科技工作者及大专院校师生阅读。

《岩矿测试》远程稿件采编系统(<http://www.ykcs.ac.cn>),实现了稿件采编自动化,信息发布实时化,过刊全文可免费下载。

《岩矿测试》为双月刊,大 16 开,逢双月 15 日出版;国内外公开发行。2013 年定价 30.0 元/本,全年 180.00 元。漏订的读者可直接与编辑部联系。

《岩矿测试》编辑部

通讯地址:北京市西城区百万庄大街 26 号 国家地质实验测试中心(邮政编码 100037)

电话:(010)68999562

传真:(010)68999563

E-mail: ykcs_zazhi@163.com; ykcs_zazhi@sina.com